



AZ JAN PALFIJN
GENT



AZ JAN PALFIJN
GENT

Kinderafdeling
T +32 (0)9 224 83 83

Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

met dank aan Zoë Acke

versie folder: september 2014 - vu.: Rudy Coddens, voorzitter

Naar huis met Aërosoltherapie

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

WAT IS AËROSOLTHERAPIE?

Aërosoltherapie is een behandelingswijze waarbij aërosolmedicatie toegediend wordt via een toestel.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, gebeurt dit met een gezichtsmaskertje of een mondpijpje.

SOORTEN MEDICATIE

- Atrovent® (luchtwegen worden tijdelijk verwijfd)
dosis:ampules/keer
- Ventolin® (luchtwegen worden tijdelijk verwijfd)
dosis:druppels/keer
- Pulmicort®, budesonide (gaat zwelling van de luchtwegen tegen, voorkomt ontsteking en overactiviteit):
dosis:ampules/keer
- Andere:

WANNEER MOET MIJN KIND

AËROSOLLEN?

- keer per dag

0 uur	12 uur
2 uur	14 uur
4 uur	16 uur
6 uur	18 uur
8 uur	20 uur
10 uur	22 uur

(tijdstippen aanduiden)

HOE DIEN IK DE MEDICATIE TOE?

1. Druppel de juiste hoeveelheid medicatie in het vernevelpotje. Begin altijd met Ventolin®.
2. Voeg zo nodig fysiologisch water toe zodat het startvolume 4 ml bedraagt (20 druppels = 1 ml)
3. Zet het toestel aan.
4. Laat uw kind een rechtop ziltte. Probeer uw kind rustig te houden. Een fopspeen mag.
5. Plaats het masker over de neus en de mond zonder te veel aan te drukken.
6. Buig het hoofd licht achterover.
7. Vernevel tot één minuut na dat het product begint te spulteren (hetgeen aanduidt dat alle vloeistof is opgebruikt) of tot maximaal 10 minuten na de start.
8. Zet het toestel uit.
9. Spoel de mond met water.
10. Spoel het vernevelpotje af onder heet water en laat het drogen op een schone doek.

AANDACHTSPUNTEN

- ▶ Ventolin kan een gejaagd gevoel veroorzaken.
- ▶ Atrovent kan pupilverwijding geven. Dit verdwijnt spontaan.

HOE ONDERHOUD IK HET TOESTEL?

Dagelijks

- ▶ Reinig het pijpje of het masker en het aërosolpotje met water en detergent (vb. afwasmiddel).
- ▶ Spoel de onderdelen af onder heet stromend water.
- ▶ Laat de onderdelen drogen op een propere doek en bewaar op droge / stofvrije plaats

Wekelijks:

- ▶ Reinig het pijpje of het masker en het vernevelpotje met water en detergent.
- ▶ Ontsmet de onderdelen
Koken in water: gedurende 5 minuten of
Vaatwasser: minstens 70° gedurende 30 min

Opgelet: Lees na in de gebruiksaanwijzing of vraag aan de fabrikant of de onderdelen bestand zijn tegen koken of de vaatwasser!

- ▶ Laat de onderdelen drogen op een propere doek en bewaar op droge / stofvrije plaats

Bij langdurig gebruik:

- ▶ Vervang het masker en het vernevelpotje om de drie maanden. Vervang de filter binnen de tijdspanne aangegeven door de fabrikant.
- ▶ Laat het toestel jaarlijks nakijken door de fabrikant of apotheker.

EEN AËROSOLTOESTEL VINDEN

Een toestel is verkrijgbaar via de apotheker of de mutualiteit.